

DECISION D'APPROBATION DE MODELES  
N° 91.00.624.017.1 DU 18 JUILLET 1991

Balances-compteuses METTLER modèles PJ200, PJ210, PJ300,  
PJ400, PJ600, PJ2000, PJ2100, PJ3000, PJ4000, PJ4000-F,  
PJ6000, PJ6, PJ12, PJ15, PJ30, PJ1220 DeltaRange,  
PJ3600 DeltaRange et PJ360 DeltaRange

(CLASSE II)

LA PRESENTE DECISION EST PRONONCEE EN APPLICATION DU DECRET N° 88-682 DU 6 MAI 1988 RELATIF AU CONTROLE DES INSTRUMENTS DE MESURE ET DU DECRET N° 65-487 DU 18 JUIN 1965 MODIFIE PAR LE DECRET N° 75-1201 DU 4 DECEMBRE 1975 REGLEMENTANT LA CATEGORIE INSTRUMENTS DE MESURE : INSTRUMENTS DE PESAGE A FONCTIONNEMENT NON AUTOMATIQUE ET INSTRUMENTS DE PESAGE INDIQUANT LE PRIX.

**FABRICANT**

METTLER-TOLEDO AG, CH-8606 Greifensee,  
Zürich (Suisse).

**DEMANDEUR**

METTLER-TOLEDO S.A., 18-20, avenue de la  
Pépinière, B.P. 14, 78220 Viroflay.

**OBJET**

La présente décision complète les décisions n° 87.1.04.627.4.2 du 16 mars 1987 (1), n° 87.1.05.627.9.2 du 4 mai 1987 (2) et n° 89.1.13.627.1.2 du 21 juin 1989 (3).

**CARACTERISTIQUES**

Les balances-compteuses METTLER modèles PJ200, PJ210, PJ300, PJ400, PJ600, PJ2000, PJ2100, PJ3000, PJ4000, PJ4000-F, PJ6000, PJ6, PJ12, PJ15, PJ30, PJ1220 DeltaRange, PJ3600 DeltaRange et PJ360 DeltaRange objets de la présente décision diffèrent des balances METTLER modèles PJ200, PJ210, PJ300, PJ400, PJ600, PJ2000, PJ2100, PJ3000, PJ4000, PJ4000-F, PJ6000, PJ6, PJ12, PJ15, PJ30, PJ1220 DeltaRange, PJ3600 DeltaRange et

(1) Revue de Métrologie, mars 1987, page 325.  
(2) Revue de Métrologie, mai 1987, page 515.  
(3) Revue de Métrologie, juillet 1989, page 874.

PJ360 DeltaRange approuvés par les décisions précitées par l'adjonction d'un programme de comptage permettant la réalisation d'échantillons comportant un nombre variable de pièces.

**INSCRIPTIONS REGELEMTAIRES**

La plaque signalétique des instruments concernés par la présente décision doit porter le numéro et la date d'approbation figurant dans le titre de celle-ci. Elle doit également porter, outre les indications signalétiques fondamentales, les mentions suivantes :

INTERDIT POUR TOUTE TRANSACTION  
CONDITIONS REGLEMTAIRES  
D'UTILISATION : + 10 °C / + 30 °C

Ces mentions figurent également à proximité immédiate du dispositif indicateur.

**DEPOT DE MODELE**

Notice descriptive, plans et schémas déposés à la sous-direction de la métrologie, à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'Ile-de-france et chez le demandeur.

**VALIDITE**

La présente décision est valable jusqu'au 15 mars 1997.

POUR LE MINISTRE EMPECHE :

LE DIRECTEUR DE L'ACTION REGIONALE  
ET DE LA PETITE ET MOYENNE INDUSTRIE,

M. GERENTE