

DECISION D'APPROBATION DE MODELES
N° 91.00.642.018.1 DU 25 OCTOBRE 1991

Dispositifs mesureurs de charge TESTUT modèles T400 et T400 bi (CLASSE III)

LA PRESENTE DECISION EST PRONONCEE EN APPLICATION DU DECRET N° 88-682 DU 6 MAI 1988 RELATIF AU CONTROLE DES INSTRUMENTS DE MESURE ET DU DECRET N° 65-487 DU 18 JUIN 1965 MODIFIE PAR LE DECRET N° 75-1201 DU 4 DECEMBRE 1975 REGLEMENTANT LA CATEGORIE D'INSTRUMENTS DE MESURE : INSTRUMENTS DE PESAGE A FONCTIONNEMENT NON AUTOMATIQUE ET INSTRUMENTS DE PESAGE INDIQUANT LE PRIX.

FABRICANT

Société TESTUT, 855, rue de l'Horlogerie, 62401 Béthune.

OBJET

La présente décision complète les décisions n° 85.1.02.636.1.3 du 5 février 1985 (1), n° 87.1.08.636.1.3 du 24 avril 1987 (2), n° 88.1.03.636.1.3 du 24 février 1988 (3) et n° 88.1.11.636.1.3 du 3 novembre 1988 (4) relatives au dispositif mesureur de charge TESTUT modèle T400, et n° 86.1.08.636.1.3 du 26 mai 1986 (5) relative au dispositif mesureur de charge TESTUT modèle T400 bi.

CARACTERISTIQUES

Les dispositifs mesureurs de charge modèles T400 et T400 bi, objet de la présente décision, diffèrent des modèles approuvés par les décisions précitées par les effets maximaux des dispositifs

(1) *Revue de Métrologie*, avril 1985 page 283.

(2) *Revue de Métrologie*, mai 1987, page 509.

(3) *Revue de Métrologie*, mars 1988, page 225.

(4) *Revue de Métrologie*, novembre 1988, page 1114.

(5) *Revue de Métrologie*, juin 1986, page 444.

de mise à zéro et de maintien du zéro, la présence d'un voyant PT indiquant la nature de la tare mise en œuvre, les symboles imprimés accompagnant les impressions des poids bruts, poids nets et valeur de tare.

Les autres caractéristiques restent identiques à celles fixées par les décisions précitées.

SCELLEMENTS

Les dispositifs mesureurs de charge modèles T400 et T400 bi peuvent être munis d'un dispositif de scellement interdisant tout accès aux circuits électriques de mesure et au traitement du signal. Ce dispositif est défini par le plan annexé à la présente décision.

RESTRICTIONS D'EMPLOI

Tout instrument de pesage neuf comportant le dispositif mesureur de charge modèle T400 ou T400 bi doit faire l'objet d'une décision d'approbation de modèle afin de pouvoir être utilisé pour les opérations énumérées à l'article 26 du décret n° 88-682 du 6 mai 1988.

CONDITIONS PARTICULIERES D'UTILISATION

Lors du branchement d'un organe périphérique, à la mise en service ou au cours d'une modification ultérieure sur le lieu d'emploi, l'installateur doit s'assurer que l'instrument de pesage ainsi constitué respecte les prescriptions réglementaires qui lui sont applicables.

Lorsqu'une sortie prévue pour le branchement d'un organe périphérique n'est pas utilisée, celle-ci est rendue inaccessible par un dispositif de scellement approprié.

INSCRIPTIONS REGLEMENTAIRES

La plaque d'identification des dispositifs mesureurs de charge concernés par la présente décision doit porter au moins les indications suivantes :

- mesureur TESTUT modèle T400 (ou T400 bi)
- numéro de série
- décision n° 91.00.642.018.1 du 25 octobre 1991.

Cette plaque doit être revêtue de la marque d'identification du demandeur : T 62.

INDICATIONS PARTICULIERES

La mention "INTERDIT POUR LA VENTE DIRECTE AU PUBLIC" doit être apposée sur le dispositif indicateur à proximité des résultats de pesage lorsque la portée maximale de l'instrument qui l'inclut est inférieure ou égale à 100 kg et qu'il est possible de diminuer la valeur de tare précédemment validée.

De plus, lorsque le dispositif mesureur de charge utilisé n'est pas muni du dispositif de scellement prévu par sa décision d'approbation ou lorsque les connexions entre le capteur et le dispositif indicateur ne sont pas toutes scellées, la mention "INTERDIT POUR TOUTE TRANSACTION" doit être apposée (ou se substituer à la précédente) sur le dispositif indicateur.

A la mise en service ou au cours d'une modification sur le lieu d'emploi de tout instrument de pesage comportant le dispositif mesureur de charge TESTUT modèle T400 ou T400 bi, l'installateur doit apposer la mention "INTERDIT POUR TOUTE TRANSACTION" sur le dispositif indicateur à proximité immédiate des résultats de pesage, lorsque cet instrument ne respecte pas les prescriptions réglementaires en vigueur

applicables aux instruments utilisés pour les opérations énumérées à l'article 26 du décret n° 88-682 du 6 mai 1988.

CONDITIONS PARTICULIERES DE VERIFICATION

Les instruments de pesage neufs, réparés ou modifiés qui comportent le dispositif mesureur de charge modèle T400 ou T400 bi ne peuvent subir les épreuves d'une vérification primitive que si la preuve de la compatibilité de l'adaptation du dispositif récepteur de charge au dispositif mesureur de charge est apportée au préalable.

DÉPOT DE MODELE

Plans et schémas déposés à la sous-direction de la métrologie, à la direction régionale de l'industrie et de la recherche Nord-Pas-de-Calais et chez le fabricant.

VALIDITE

La présente décision a une durée de validité de dix ans à compter de la date figurant dans son titre.

ANNEXE

Plan de scellement n° 5577.

POUR LE MINISTRE ET PAR DELEGATION

PAR EMPECHEMENT DU DIRECTEUR DE L'ACTION REGIONALE
ET DE LA PETITE ET MOYENNE INDUSTRIE,
L'INGENIEUR EN CHEF DES INSTRUMENTS DE MESURE

J. HUGOUNET

■ N° 5577

DISPOSITIFS MESUREURS DE CHARGE TESTUT T400 ET T400 bi

Plan de scellement

