

DECISION D'APPROBATION DE MODELE
N° 91.00.642.026.1 DU 6 NOVEMBRE 1991

Dispositif mesureur de charge BALEA modèle SWR01

(CLASSE III)

LA PRESENTE DECISION EST PRONONCEE EN APPLICATION DU DECRET N° 88-682 DU 6 MAI 1988 RELATIF AU CONTROLE DES INSTRUMENTS DE MESURE, DU DECRET N° 65-487 DU 18 JUIN 1965 MODIFIE PAR LE DECRET N° 75-1201 DU 4 DECEMBRE 1975 REGLEMENTANT LA CATEGORIE D'INSTRUMENTS DE MESURE : INSTRUMENTS DE PESAGE A FONCTIONNEMENT NON AUTOMATIQUE ET INSTRUMENTS DE PESAGE INDICANT LE PRIX.

FABRICANT

Société BALEA, ZI, 34270 Saint Mathieu de Tréviers.

OBJET

La présente décision complète les décisions n° 88.1.13.636.3.3 du 29 novembre 1988 (1), n° 89.1.03.636.1.3 du 13 juin 1989 (2) et n° 91.00.642.004.1 du 13 mai 1991 (3).

CARACTERISTIQUES

Le dispositif mesureur de charge BALEA modèle SWR01 faisant l'objet de la présente décision existe en trois versions : SWR01, SWR01 S, SWR01 PT qui diffèrent du modèle approuvé par les décisions précitées par les fonctions suivantes :

- SWR01 : sans changement.
- SWR01 S : version simplifiée, avec dispositif de sélection de poids brut ou de poids net en permanence, jusqu'à sélection du poids net et d'un dispositif de tare signalé par un voyant.
- SWR01 PT : dispositif de prédétermination de tare avec indication de la valeur prédéterminée

et identification par un voyant allumé sur la touche de mise en service marquée du symbole PT.

- Modification de la présentation des touches de fonction et des voyants.

INSCRIPTIONS REGLEMENTAIRES

La plaque d'identification du dispositif mesureur de charge concerné par la présente décision doit porter le numéro figurant dans le titre de celle-ci.

VALIDITE

La présente décision a une durée de validité de dix ans à compter de la date figurant dans son titre.

ANNEXES

Notice descriptive.

Photographies n°s 5587-1, 2 et 3.

POUR LE MINISTRE ET PAR DELEGATION

PAR EMPACHEMENT DU DIRECTEUR DE L'ACTION REGIONALE
ET DE LA PETITE ET MOYENNE INDUSTRIE,
L'INGENIEUR EN CHEF DES INSTRUMENTS DE MESURE,

J. HUGOUNET

(1) *Revue de Métrologie*, mai 1988, page 1251.

(2) *Revue de Métrologie*, juin 1989, page 771.

(3) *Revue de Métrologie*, mai 1991, page 497.

NOTICE DESCRIPTIVE

Dispositif mesureur de charge BALEA
modèle SWR01

MODIFICATIONS :

DISPOSITIF MESUREUR DE CHARGE
SWR 01

- VERSION SIMPLIFIEE MODELE SWR 01 S

Dispositif de sélection du poids BRUT et du poids NET en permanence, jusqu'à sélection du poids NET.

- La mise en œuvre du dispositif de TARE est signalée par un voyant.

- VERSION TARE PREDETERMINEE MODE-
LE SWR 01 PT

Identique à SWR 01 S

Dispositif de PREDETERMINATION DE TARE avec indication de la valeur prédéterminée et identification par le symbole PT avec un voyant allumé sur la touche de mise en service.

- VERSION PREDETERMINATION DE SEUIL
modèle SWR01

Identique à SWR 01 S

Dispositif de PREDETERMINATION DE 2
SEUILS

Cette version ne comporte pas de dispositif de TARE PREDETERMINEE.

VOYANTS



Mise à zéro mieux que le 1/4 de l'échelon



Allumé, l'affichage est en mode NET



Allumé, l'affichage est en mode BRUT



Allumé quand une tare semi-automatique est prise en compte
Clignote quand la valeur de tare semi-automatique est affichée



Allumé, le poids est instable

TOUCHES DE FONCTION



Validation d'une entrée au clavier numérique



Touche d'effacement



Mise en œuvre du dispositif de TARE PREDETERMINEE et indication par un voyant allumé sur la touche de mise en service



à Touches d'introduction de valeur numérique



Seuils 1 et 2



L'action sur l'une ou l'autre de ces touches permet l'introduction, la visualisation, l'effacement d'une valeur de seuil.



Touche d'impression.

FONCTIONS PESAGE



Permet de mettre à zéro l'afficheur de poids



Permet d'afficher le poids BRUT ou le poids NET

DISPOSITIF MESUREUR DE CHARGE BALEA



Mise en œuvre du dispositif semi-automatique de tare

Une nouvelle action sur  permet de revenir en mode pesage



Permet d'afficher pendant 20 secondes la valeur de tare semi-automatique



Permet de tester les afficheurs en faisant défiler des 8.8.8.8...

■ N° 5587-1

DISPOSITIF MESUREUR DE CHARGE BALEA SWR01 S

Version simplifiée





■ N° 5587-2
DISPOSITIF MESUREUR DE CHARGE BALEA SWR01

Version prédétermination de 2 seuils



■ N° 5587-3

DISPOSITIF MESUREUR DE CHARGE BALEA SWR01 PT

Version : SWR01 PT prédétermination de tare

