

DECISION D'APPROBATION DE MODELES
N° 92.00.611.041.1 DU 15 DECEMBRE 1992

Balance à équilibre automatique
à indication du poids et du prix LUTRANA, modèle EL 19,
libre-service ou vente directe à 96 touches
(CLASSE III)

LA PRESENTE DECISION EST PRONONCEE EN APPLICATION DU DECRET N° 88-682 DU 6 MAI 1988 RELATIF AU CONTROLE DES INSTRUMENTS DE MESURE, DU DECRET N° 65-487 DU 18 JUIN 1965 MODIFIE PAR LE DECRET N° 75-1201 DU 4 DECEMBRE 1975 REGLEMENTANT LA CATEGORIE D'INSTRUMENTS DE MESURE : INSTRUMENTS DE PESAGE A FONCTIONNEMENT NON AUTOMATIQUE ET INSTRUMENTS DE PESAGE INDIQUANT LE PRIX.

FABRICANTS

Société LUTRANA, 50, avenue du Président Kennedy, 91170 Viry Châtillon.

Société TESTUT, 855, rue de l'Horlogerie, 62401 Béthune.

DEMANDEUR

Société LUTRANA, 50, avenue du Président Kennedy, 91170 Viry Châtillon.

OBJET

La présente décision complète la décision n° 92.00.611.016.1 du 22 mai 1992 (1).

CARACTERISTIQUES

La balance EL 19 à 96 touches faisant l'objet de la présente décision diffère du modèle E 19 Libre-service approuvé par la décision précitée par le changement du panneau avant sur lequel est fixée une nouvelle carte clavier équipée de 96 touches au lieu et place du clavier 56 touches et par l'adjonction d'un clavier numérique permettant l'accès aux fonctions de vente directe au public en plus des fonctions libre-service. Pour faciliter la prise du ticket et des étiquettes autocollantes, le dispositif afficheur avant est fixé sous le panneau clavier. Les autres caractéristiques métrologiques demeurent inchangées.

(1) *Revue de Métrologie*, mai 1992, page 674.

INSCRIPTIONS REGLEMENTAIRES

Le numéro d'approbation de modèle figurant sur la plaque d'identification des instruments concernés par la présente décision est celui fixé par la décision précitée.

La mention "USAGE EXCLUSIF PAR LE CONSOMMATEUR" figure sur le clavier spécial lorsque la balance comporte un seul afficheur.

La mention "INTERDIT POUR LA REALISATION DE PREEMBALLAGES" figure sur la plaque d'identification et à proximité immédiate des afficheurs.

DEPOT DE MODELE

Plans et schémas déposés à la sous-direction de la métrologie, à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'Ile-de-France et chez le fabricant.

VALIDITE

La présente décision a une durée de validité limitée au 22 mai 2002.

ANNEXES

Notice descriptive.

Photographie n° 5851.

POUR LE MINISTRE ET PAR DELEGATION :

PAR EMPEchement DU DIRECTEUR DE L'ACTION REGIONALE
ET DE LA PETITE ET MOYENNE INDUSTRIE,
L'INGENIEUR EN CHEF DES INSTRUMENTS DE MESURE,

J. HUGOUNET

NOTICE DESCRIPTIVE

**Balance à équilibre automatique
du poids et du prix LUTRANA
modèle EL 19, libre-service
ou vente directe à 96 touches**

La balance à équilibre automatique à indication du poids et du prix LUTRANA modèle EL 19 à 96 touches objet de la présente notice est équipée d'un dispositif transducteur de charge constitué d'un capteur à pot magnétique (base B 16).

La balance LUTRANA modèle EL19 peut comporter jusqu'à 4 modes de fonctionnement sélectionnés en programmation.

- VD vente directe, 1 ticket par transaction
- 1V un vendeur, avec totalisation
- MV multi-vendeurs (jusqu'à 9) avec totalisation
- LS4 libre-service.

Le nouveau clavier se décompose comme suit :

- 96 touches mémorisées d'appel-prix (AP) en mode travail
- 26 touches de programmation alphabétique de A à Z
- 10 touches de programmation numérique de 0 à 9
- 18 touches de caractères spéciaux
- 11 touches de programmation du fonctionnement (F0 à F10)
- 7 touches de fonction
- 1 touche de tare sous clef
- 1 touche de correction
- 1 touche d'insertion
- 2 touches de validation
- 1 touche de changement de fonction
- 1 touche d'échappement.

Le clavier supplémentaire se décompose comme suit :

- 10 touches numériques de 0 à 9 pour la composition des prix unitaires, des codes appels-prix, n° de vendeur etc.
- 1 touche T de mise en œuvre du dispositif de tare
- 1 touche V d'identification Vendeur
- 1 touche C de correction
- 1 touche PLU de validation de l'appel prix
- 1 touche - d'annulation/soustraction/consigne
- 1 touche * d'article à la pièce - multiplication
- 1 touche = de totalisation de l'impression des transactions
- 1 touche + d'enregistrement et impression de la transaction.

Mise en œuvre de la fonction TARE en mode libre-service :

- *Clé en mode programmation.*

Déposer la charge sur le plateau, presser la touche "tare"

- Le voyant NET s'allume.

- *Suppression de la tare.*

Clé en mode programmation, presser la touche "tare"

- Le voyant NET s'éteint.

Mise en œuvre de la fonction tare dans les autres modes :

Déposer la charge sur le plateau, presser la touche "tare" du clavier numérique.

- Le voyant NET s'allume.

- *Suppression de la tare :*

Presser la touche "tare" plateau vide.

- Le voyant NET s'éteint.



■ N° 5851

**BALANCE A EQUILIBRE AUTOMATIQUE A INDICATION DU POIDS ET DU PRIX LUTRANA EL19,
LIBRE-SERVICE OU VENTE DIRECTE A 96 TOUCHES**

