

DECISION D'APPROBATION DE MODELE
N° 92.00.624.001.1 DU 10 JANVIER 1992

Instruments de pesage à équilibre automatique METTLER modèle ID

(CLASSE III)

LA PRESENTE DECISION EST PRONONCEE EN APPLICATION DU DECRET N° 88-682 DU 6 MAI 1988 RELATIF AU CONTROLE DES INSTRUMENTS DE MESURE ET DU DECRET N° 65-487 DU 18 JUIN 1965 MODIFIE PAR LE DECRET N° 75-1201 DU 4 DECEMBRE 1975 REGLEMENTANT LA CATEGORIE D'INSTRUMENTS DE MESURE : INSTRUMENTS DE PESAGE A FONCTIONNEMENT NON AUTOMATIQUE ET INSTRUMENTS DE PESAGE INDIQUANT LE PRIX.

FABRICANT

Mettler-Toledo (Albstadt) GmbH, D-7478 albstadt 1 - Ebingen (Allemagne).

DEMANDEUR

Mettler-Toledo sa, 18-20, avenue de la Pépinière, 78220 Viroflay.

OBJET

La présente décision complète les décisions n° 87.1.15.627.1.3 du 23 octobre 1987 (1), n° 89.1.06.627.1.3 du 1er juin 1989 (2) et n° 90.1.16.627.1.3 du 28 décembre 1990 (3).

CARACTERISTIQUES

Les instruments de pesage à équilibre automatique METTLER modèle ID faisant l'objet de la présente décision diffèrent des modèles approuvés par les décisions précitées par leurs caractéristiques métrologiques :

Plate-forme de pesage	Max = (T = - Max)	Min	Etendue de mesurage	e = d	Dimensions longueur x largeur x hauteur (en mm)
KC 300	60 kg	0,4 kg	0...60 kg	0,02 kg	100 x 800 x 162
KCS 300	60 kg	0,4 kg	0...60 kg	0,02 kg	800 x 800 x 130

Les plates-formes de pesage peuvent être en acier peint (K...), en acier inoxydable (K...s), en version antidéflagrante (K...x) ou en version antidéflagrante et acier inoxydable (K...sx).

RESTRICTION D'EMPLOI

Les instruments de pesage objets de la présente décision ne peuvent pas être utilisés pour les

opérations énumérées à l'article 26 du décret du 6 mai 1988.

INSCRIPTIONS REGLEMENTAIRES

Outre les caractéristiques métrologiques, la plaque d'identification des instruments concernés par la présente décision doit porter le numéro d'approbation de modèle figurant dans le titre de la présente décision. La mention : "INTERDIT POUR TOUTE TRANSACTION" est apposée sur la plaque d'identification et répétée de

(1) Revue de Métrologie, décembre 1987, page 1277.

(2) Revue de Métrologie, juin 1989, page 748.

(3) Revue de Métrologie, décembre 1990, page 1576.

manière indélébile sur le dispositif indicateur numérique, à proximité immédiate des résultats de pesage.

DEPOT DE MODELE

Notice descriptive, plans et schémas déposés à la sous-direction de la métrologie, à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'Ile-de-France et chez le demandeur.

VALIDITE

La présente décision est valable jusqu'au 23 octobre 1997.

POUR LE MINISTRE ET PAR DELEGATION
PAR EMPECHEMENT DU DIRECTEUR DE L'ACTION RÉGIONALE
ET DE LA PETITE ET MOYENNE INDUSTRIE,
L'INGÉNIEUR EN CHEF DES INSTRUMENTS DE MESURE,
J. HUGOUNET
