

DECISION D'APPROBATION DE MODELE
N° 96.00.681.002.1 DU 29 MARS 1996

Doseuses pondérales RICHARD SIMON modèle UBM/HSG

LA PRESENTE DECISION EST PRONONCEE EN APPLICATION DU DECRET N° 88-682 DU 6 MAI 1988 RELATIF AU CONTROLE DES INSTRUMENTS DE MESURE ET DU DECRET N° 76-279 DU 19 MARS 1976 REGLEMENTANT LA CATEGORIE D'INSTRUMENTS DE MESURE : DOSEUSES.

FABRICANT

RICHARD SIMON and SONS, Phoenix Works,
Park Lane, Basford Nottingham NG 6 ODT
(Royaume-Uni).

DEMANDEUR

Société François CHUPIN, 12 rue Saint-Simon,
78000 Versailles (France).

OBJET

La présente décision complète la décision n° 92.00.681.008.1 du 19 mars 1992 (1) relative aux doseuses pondérales RICHARD SIMON modèle UBM.

CARACTERISTIQUES

Les doseuses pondérales RICHARD SIMON modèle UBM/HSG faisant l'objet de la présente décision diffèrent du modèle approuvé par la décision précitée par la possibilité d'attacher des sacs à la benne de remplissage pour conditionner par pesées brutes des produits fibreux, granuleux, pulvérulents ou en morceaux.

Le dispositif récepteur de charge est constitué d'un attache-sac solidaire du dispositif équilibreur et transducteur de charge.

Le dispositif d'alimentation du produit à deux débits peut être effectué soit par vis, soit par tapis, soit par couloir vibrant ou de façon gravitaire.

La cadence maximale est de 8 pesées par minute, selon les produits.

Les autres caractéristiques métrologiques sont inchangées.

INSCRIPTIONS REGLEMENTAIRES

La plaque d'identification des doseuses pondérales modèle UBM/HSG concernées par la présente décision comporte les indications suivantes :

- Doseuse pondérale RICHARD SIMON
- Modèle UBM/HSG Année
- Décision n° 96.00.681.002.1 du 29 mars 1996
- Max = kg Min = kg e = g
- Produit(s)
- Dispersion(s) nominale(s)
- Cadence(s)
- Températures limites d'utilisation.

CONDITIONS PARTICULIERES DE VERIFICATION

La vérification primitive des doseuses pondérales RICHARD SIMON modèle UBM/HSG est effectuée en une seule phase sur le lieu d'utilisation.

(1) Revue de Métrologie, mars 1992, page 458.



DEPOT DE MODELE

Les plans et schémas sont déposés à la sous-direction de la métrologie sous la référence DA 13.718, à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'Ile-de-France et chez le demandeur.

VALIDITE

La présente décision est valable jusqu'au 31 décembre 2002.

ANNEXE

Photographie n° 6285.

POUR LE MINISTRE ET PAR DELEGATION :

PAR EMPECHEMENT DU DIRECTEUR DE L'ACTION REGIONALE
ET DE LA PETITE ET MOYENNE INDUSTRIE,
L'INGENIEUR EN CHEF DES MINES,

J.F. MAGANA



■ N° 6285
DOSEUSE PONDERALE RICHARD SIMON, UBM/HSG

