Organisme notifié n° 0071
DDC/72/B012821-D9-1

DECISION n° F-01-A-016 du 19 novembre 2001

ADDITIF n° 1 au
CERTIFICAT D'APPROBATION C.E. DE TYPE

n° F-01-A-005 du 6 avril 2001

Le présent additif concerne l'instrument de pesage à fonctionnement non automatique type X201-A qui diffère du modèle faisant l'objet du certificat précité, par le fait de pouvoir utiliser également comme dispositif indicateur l'ensemble constitué par le dispositif terminal PRECIA type I100.. faisant l'objet du certificat d'essai LNE n° 01-09 du 22 octobre 2001 associé à un module unité de traitement PRECIA type X201 faisant l'objet du certificat d'essai LNE n° 01-02 du 4 avril 2001.

Dans cette configuration l'instrument de pesage à fonctionnement non automatique type X201-A est un instrument électronique, à équilibre automatique, à indication numérique, avec ou sans leviers, à une seule étendue de pesage, à une seule valeur d'échelon, destiné ou non à la vente directe au public.
Ses caractéristiques métrologiques sont :

Classe de précision *Accuracy class*	: (III) ou (IIII)	
Portée maximale (Max) *Maximum capacity (Max)*	: Max (compatible avec les modules utilisés)	
Echelon (e) *Vérification scale interval (e)*	: e ≥ 0,5 g	ou e ≥ 100 g (version "pèse palettes")
Nombre maximal d'échelons (n) *Maximum number of verification scale interval (n)*	: n ≤ 3000 en classe (III) : n ≤ 1000 en classe (IIII)	
Température de fonctionnement *Working temperature*	: -10 °C/+40 °C	

Les autres caractéristiques fixées par le certificat précité restent inchangées.

Le Directeur Général

Marc MORTUREUX